

И.о.заместитель директора по медицинской части
КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ-акимата СКО»
Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Международное непотентованное наименование, торговое наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Комплект реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий Азопирам. Комплектация: 1 флакон по 90мл 10% спиртовой раствор амидопирина с стабилизатором, 1 флакон по 10 мл 3% спиртовой раствор анилина солянокислого с стабилизатором. Набор реагентов предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлоромина, хлорная известь и т.д.) пероксида растительного происхождения, которые могли остаться на подготовленных к стерилизации медицинских изделий в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки.	Комплект реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий Азопирам. Комплектация: 1 флакон по 90мл 10% спиртовой раствор амидопирина с стабилизатором, 1 флакон по 10 мл 3% спиртовой раствор анилина солянокислого с стабилизатором. Набор реагентов предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлоромина, хлорная известь и т.д.) пероксида растительного происхождения, которые могли остаться на подготовленных к стерилизации медицинских изделий в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки.	шт	6	3175,0	19050	В течение 2023 года по потребности и заказчика	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
2	Мочеприемник стерильный, однократного применения, мочеприемник	Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. Использованный	шт	35	197,36	6907,6	В течение 2023 года по потребности и заказчика	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	прикрыватный объемом 2000мл.	материал: ПВХ, полипропилен. Стерилизация газом этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.							
3	Направляющий воздуховод № 4,	Направляющий воздуховод № 4 размер 100 мм, стерильный однократного применения.	шт	100	260	26000	В течение 2023 года по потребност и заказчика	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
4	Фильтр дыхательный электростатически й	Фильтр дыхательный электростатический с портом Luеr port Используется для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. Изготовлен в режиме "чистых помещений", Одноразовый, Изготовлен из прозрачного ПВХ и полипропилена, Низкое сопротивление потоку,	шт	50	768	38400	В течение 2023 года по потребност и заказчика	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
5	Зонд желудочный СН 30	Размер СН 30, длина 1000 -1100мм, стерильный, однократного применения, предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью. Неперегибаемый, имеет цветной идентификационный код. Изготовлен из эластичного ПВХ. Желудочный зонд имеет форму трубки круглого сечения. На одном конце трубки находится воронка, другой конец трубки полностью закрыт или оканчивается центральным отверстием. На боковой поверхности трубки имеются два отверстия. Срок годности 5 лет.	шт	100	1500	150000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
6	Термоиндикатор на 132 гр.	Термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушнoй стерилизации 132 гр.С изделий медицинского назначения Комплект на 500 тестов. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различия по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Термоиндикаторы закладываются во внутрь и снаружи стерилизационных упаковок, которые помещаются в сухожаровые и паровые стерилизаторы (автоклав). Температура индикации в среде чистого	Шт.	12	6900	82800	В течение 2023 года по потребност и заказчика	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	

7	Бумага диаграммная 57*18*12 нар.	Бумага диаграммная 57*18*12 нар., для аппарата Heart mirror 3D	шт	400	240,0	96000	В течение 2023 года по потребности и заказчика	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
		насыщенного пара 132°C при экспозиции 20 или 45 минут в зависимости от вида стерилизуемого материала. При достижении указанных параметров таблетка термочувствительного вещества расплавляется и теряет свою исходную геометрическую форму, что свидетельствует о срабатывании термоиндикатора. Изменение геометрической формы и расплыва термочувствительного вещества в капсуле сравнивается с эталоном. Срок годности - 2 года.						